

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych
z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

ZATWIERDZAM:

.....
Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE, lipiec 2020 r.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618

witryna www: [http:// bip.katowice.wiw.gov.pl](http://bip.katowice.wiw.gov.pl)

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: *od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.*
3. Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: **WIW.AG.ZP.272.4.2020** Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, PROCEDURA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa Pzp, ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
3. Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp tzw. „**procedura odwrócona dla prowadzenia postępowania**” - najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.
2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień – 38.00.00.00 -5
3. Oferowane urządzenie laboratoryjne (Aparat do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem) musi spełniać parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - **załącznik Nr 5 do SIWZ.**

4. Dostarczone urządzenie musi:
 - 1) być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych), ma być kompletne, gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
 - 2) zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
 - 3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 542 z późn. zm.),
 5. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt: **nie krótszej niż 24 miesiące**
 6. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
 7. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika.
 8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura Vat, dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna
 9. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem
 10. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).
-

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 6 ustawy Pzp,
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.
17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: *administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice*

- w sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych - Panem Krzysztofem Lach, tel. 32 /42 88 659, e-mail: krzysztof.lach@katowice.wiw.gov.pl *;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986. jt.), dalej „ustawy Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia :
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy **do dnia 30 listopada 2020 r.** (termin ostateczny realizacji przedmiotu zamówienia).
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, położony w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 27.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
 - oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy.
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy.
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp tj.
 - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2018r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) **wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V, ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden albo wszyscy Wykonawcy łącznie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru, stanowiącego **załącznik Nr 1 do SIWZ** (formularz ofertowy), następujące aktualne na dzień składania ofert dokumenty:
 - 1) aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru, stanowiącego **załącznik Nr 2 do SIWZ**,
 - 2) aktualne na dzień składania ofert -oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru, stanowiącego **załącznik Nr 3 do SIWZ**,
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy – tj w zakresie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
 - 1) Wypełnioną, podpisaną i opieczetowaną (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikację asortymentowo - cenową oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącą **załącznik Nr 1.1. do SIWZ** oraz wypełnioną specyfikację techniczną oferowanego Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem, stanowiącą **załącznik Nr 1.2. do SIWZ**.
 - 2) Materiałów informacyjnych – np. opisy, katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta, nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, szczegółowo opisanymi w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 2 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1-2 niniejszej SIWZ.
6. **Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu **oświadczenie**

- o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SIWZ**. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
 9. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, z siedzibą 40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a.
2. Oświadczenia lub dokumenty określone w art. 26 ustawy Pzp składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany dokumentów) drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie pytań, wyjaśnień wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- 1) Pani Joanna Żyszczczyńska – pokój 46, telefon: (32) 42 88 618,
adres e-mail: joanna.zyszczczynska@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U z 2020 poz. 1086) Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później **niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
5. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złożone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
11. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
12. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
18. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu, oznakowanej w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.4.2020

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25a Katowice
Przetarg nieograniczony na:

19. W

Dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego – **Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem** dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.
Ilość stron oferty

NIE OTWIERAĆ do 04 sierpnia 2020 r. GODZINA 9¹⁵!

przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.419 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia **04 sierpnia 2020r. do godz. 9.00** w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2020r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: informacje dotyczące:
 - 1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki, rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić.
2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacom.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) **I kryterium: cena brutto – waga 60%**
- 2) **II kryterium: termin realizacji zamówienia – waga 40%**

1. Kryterium „cena brutto” - waga 60%

Opis sposobu oceny ofert :

$$P_{cB} = C_n / C_b \times 60 \text{pkt}$$

P_{cB} – ilość punktów w kryterium „cena brutto” obliczona dla danej oferty

C_n – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C_b – cena badanej oferty

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2. Kryterium „termin realizacji zamówienia” – waga 40%,

Kryterium „termin realizacji zamówienia” rozpatrywany będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu realizacji, podanego przez Wykonawcę Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

UWAGA – termin realizacji nie może być dłuższy niż dostawa do dnia 30 listopada 2020r.!!!

Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w kryterium „termin realizacji zamówienia” w następujący sposób:

- Za zadeklarowany w ofercie przetargowej termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2020r. - 20 pkt.,
- Za zadeklarowany w ofercie przetargowej termin realizacji zamówienia do dnia 30 października 2020r. - 40 pkt.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

3. Każda z ofert będzie oceniana według powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_l = P_{cB} + P_t$$

gdzie:

P_l – łączna ilość punktów

P_{cB} – ilość punktów w kryterium „cena brutto”

P_t – ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (P1) na podstawie ww. kryteriów.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ustawy Pzp- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
 - 4) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - 1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - 2) wskazanie Pełnomocnika,
 - 3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - 4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII.

ZAWARCIE UMOWY

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowi **załącznik Nr 6 do SIWZ**, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których w ust.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w zakresie dopuszczonym w art.144 ustawy w szczególności:
 - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w postaci aneksów wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 1.1. – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik 1.2 – Parametry techniczne autoklawu oferowane przez Wykonawcę

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem jest:

Dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2020).

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

.....
/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* / pod numerem:

Adres:

ul. _____ nr _____

kod pocztowy _____ miejscowość: _____

województwo _____

Regon _____ NIP _____

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym :

1. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących oferty:

Imię i nazwisko adres email: _____

Numer telefonu _____

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (dane niezbędne do sporządzenia umowy):

Imię i nazwisko _____ adres email: _____

Numer telefonu _____

Oferuję/-my realizację przedmiotu zamówienia za **łącną cenę brutto** w wysokości:

..... zł

(słownie : złotych),

w tym % stawka podatku od towarów i usług VAT

w wysokości:.....zł,

cena netto: zł.

(słownie : złotych)

Dane oferowanego przedmiotu zamówienia:	UWAGA ! Wypełnia Wykonawca
Nazwa:
Typ/model:
Nr katalogowy:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (wymagany 2020)

1. **Zobowiązuję /-my się do realizacji przedmiotu zamówienia*.**

do dnia 30 października 2020r.

do dnia 30 listopada 2020r.

** zadeklarowany termin realizacji należy zaznaczyć symbolem X*

Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert i nie może dłuższy niż -dostawa do 30 listopada 2020r.

2. Informuję/-my, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*:

1)*
nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego wartość bez kwoty podatku VAT towaru

2)*
nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego wartość bez kwoty podatku VAT towaru

Uwaga!

*** Niewypełnienie ww. punktów rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

3. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ? *(należy zaznaczyć symbolem X)*

TAK

NIE

W rozumieniu art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zmianami).

4. Oświadczam/-my, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy,
- zapoznałem/-liśmy się z warunkami zamówienia, treścią Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz projektem umowy i nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń,
- uważam / - my się za związany/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, przyjmuję/-emy go bez zastrzeżeń i we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ;
- jestem / jesteśmy: mikro przedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą*.

** niepotrzebne skreślić*

5. Oświadczam/-my, że zamówienie zrealizuje/-emy sami /przy udziale podwykonawców (jeżeli jest to wiadome należy podać również dane proponowanych podwykonawców):

1)
(część powierzzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

2)
(część powierzzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

3)
(część powierzzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

6. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

UWAGA!

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Wykonawca zastrzega*, że na stronach _____ oferty zawarł informacje, stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**Proszę wypełnić, jeżeli w ofercie zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy*

8. Niniejszą ofertę zawierakolejno ponumerowanych stron..

9. Integralnymi częściami niniejszej oferty są następujące załączniki:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- 3)
- 4)

*.....
miejsowość, data*

*.....
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka miary	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT (%)	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.		zestaw								
<u>Razem</u>										

Ogółem wartość netto PLN słownie:

VAT % tj. PLN słownie:

Ogółem wartość brutto PLN słownie:

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 24 miesiące

OFEROWANY OKRES GWARANCJImiesiące

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Data

ZAŁĄCZNIK Nr 1.2. DO SIWZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach /Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2020/ oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Nazwa oferowanego urządzenia
Typ/model:
Nr katalogowy:

L.P.	PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Oferowane parametry przez Wykonawcę/ ilość, producent, model każdego elementu zestawu* <i>*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.</i>
1.	OPIS URZĄDZENIA 1) Aparat nastołowy z oddzielną jednostką sterującą. 2) Urządzenie fabrycznie nowe. 3) Wymiary nieprzekraczające: szerokość 136 cm, głębokość 81,5 cm, wysokość 100 cm.	

		<p>4) Waga aparatu nieprzekraczająca 235 kg.</p> <p>5) System zamknięty – wykonywanie izolacji materiału genetycznego za pomocą dedykowanych odczynników.</p>	
2.	KONSTRUKCJA URZĄDZENIA	<p>1) Dwa ramiona mechaniczne mogące poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z) posiadające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej. Głowica posiadająca czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych, - głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 - dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do izolacji oraz izolację materiału biologicznego w maksymalnie 96 próbkach jednocześnie. <p>2) dwie lampy UV do dekontaminacji powierzchni roboczej.</p> <p>3) osobny pojemnik na zużyte końcówki.</p> <p>4) osobny pojemnik na odpadki płynne (wewnętrzny oraz zewnętrzny).</p> <p>5) Czytnik kodów kreskowych (połączenie przez USB).</p> <p>6) moduł automatycznego mieszania kulek magnetycznych na pokładzie aparatu.</p> <p>7) jeden rodzaj końcówek pipetujących (objętość 1 000µl) używanych na pokładzie aparatu, niezależnie od aplikacji.</p>	
3.	FUNKCJE URZĄDZENIA	<p>1) Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów</p>	

		<p>wyjściowych (krew pełna, surowica, homogenat tkanki) w trakcie jednej reakcji.</p> <p>2) Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 96 próbek (o objętości w zakresie 50 -500 ul) w czasie do ok. 60 minut (czas dla próbki o objętości wyjściowej 200 µl).</p> <p>3) Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 48 próbek (objętość próbki 1 000 µl).</p> <p>4) Możliwość jednoczesnego wstawienia na pokład aparatu 96 próbek do izolacji; całkowity czas izolacji niezależny od ilości próbek wstawionych na pokład w momencie startu urządzenia (w zakresie 1-96).</p> <p>5) Automatyczne mieszanie kulek magnetycznych na pokładzie aparatu (element wyposażenia urządzenia).</p>	
4.	ZAKRES OBJĘTOŚCI	<p>1) Badana próbka: 50-1000 µl. 2) Eluat: 50-200 µl.</p>	
5.	ZASTOSOWANIE	<p>1) Automatyczna izolacja DNA z następujących rodzajów próbek: pełna krew, surowica, osocze, tkanka (świeża lub mrożona), homogenat, tkanka FFPE, komórki z hodowli; komórki bakteryjne, grzyby, wirusy z różnego rodzaju materiałów (mocz, wymazówki, ślina, CSF, BAL, kał).</p> <p>2) Automatyczna izolacja RNA z komórek z hodowli, pełnej krwi, tkanek (homogenat), skrawków FFPE.</p> <p>3) Automatyczna izolacji DNA, całkowitych kwasów nukleinowych, wirusowych kwasów nukleinowych, całkowitego RNA, pozakomórkowych kwasów nukleinowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych.</p>	

6.	ODCZYNNIKI I MATERIAŁY JEDNORAZOWE	<p>1) Zoptymalizowany system odczynników – zestawy odczynnikowe gotowe do użycia oraz zestawy końcówek i jednorazowych pojemników plastikowych do rozpipetowania buforów producenta aparatu (system zamknięty).</p> <p>2) Zestaw odczynników w kartridżu do przechowywania przed otwarciem w temperaturze +15 to +25°C .</p> <p>3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczył zestaw startowy odczynników wraz z niezbędnymi materiałami jednorazowymi i pomocniczymi na minimum 1700 oznaczeń umożliwiające przeprowadzenie instalacji urządzenia, sprawdzenie prawidłowości jego działania oraz szkolenia pracowników Zamawiającego na próbkach rzeczywistych oraz walidacji metody.</p>	
7.	ELEMENTY KONTROLNE	<p>1) Możliwość samoczynnego dodania przez urządzenie materiału kontroli wewnętrznej do każdej próbki w przebiegu procesu izolacji.</p> <p>3) Kontrola poziomu cieczy dla próbki i odczynników.</p> <p>4) Kontrola ciśnienia monitorująca poprawność pipetowania podczas całego procesu izolacji i oczyszczania.</p>	
8.	CZAS PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA DO PRACY	<p>1) Czas przygotowania urządzenia do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – maksymalnie 10 minut.</p>	
9.	STEROWANIE	<p>1) Zewnętrzny komputer stacjonarny (stacja robocza) typu PC sterujący pracą aparatu o parametrach:</p> <p>a) procesor klasy x86 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co</p>	

		<p>najmniej 15000 punktów Passmark CPUMark (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm).</p> <p>b) pamięć operacyjna minimum 16GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB.</p> <p>c) obudowa, zasilacz i płyta główna kompatybilna z oferowaną obudową, pamięcią, procesorem i dyskami.</p> <p>d) dyski twarde: 2 dyski twarde - podstawowy dysk SSD min 500GB, jako drugi dopuszcza się dysk HDD.</p> <p>e) karta graficzna zintegrowana w procesorze lub montowana w płytę główną.</p> <p>f) zintegrowana karta dźwiękowa</p> <p>g) dwie karty sieciowe 10/100/1000 Ethernet RJ 45</p> <p>h) napęd DVD-ROM</p> <p>2) Monitor: ekran ciekłokrystaliczny, minimalne parametry: obszar aktywny 24", jasność 250 cd/m2, kontrast 3000:1, czas reakcji płamki max 4 ms, powłoka ekranu matowa, podświetlenie LED, złącza do podłączenia z komputerem kompatybilne z zamawianą jednostką, głośniki wbudowane w monitor. Dopuszcza się głośniki zewnętrzne.</p> <p>3) Klawiatura z polskimi znakami językowymi, typ QWERTY.</p> <p>4) Myszka optyczna np.: LOGITECH M185.</p> <p>5) Dołączony nośnik ze sterownikami.</p> <p>6) Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL,</p> <p>7) Zainstalowany i aktywowany pakiet Microsoft Office Home & Business 2013 lub wyższy</p> <p>8) Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie procesu izolacji wraz z protokołami do izolacji.</p> <p>9) Zasilanie awaryjne pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w czasie nie</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		krótszymi niż 30 minut. 10) Stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka, zasilane awaryjne fabrycznie nowe.	
10.	OPROGRAMOWANIE APARATU	1) Urządzenie posiadające oprogramowanie niezbędne do zaprojektowania i przeprowadzenia reakcji izolacji dostarczone na stacji roboczej. 2) Urządzenie posiadające programowanie z trybem audytowym zapewniające nadzór nad próbką i materiałami zużywalnymi. 3) Urządzenie posiadające oprogramowanie monitorujące czynności konserwacyjne oraz związane z dezynfekcją i utrzymaniem prawidłowej pracy urządzenia.	
11.	EKSPORT DANYCH	1) Możliwość eksportu danych w formacie *.xml. 2) Oprogramowanie aparatu kompatybilne z oprogramowaniem termocyklera Light Cycler poprzez możliwość przeniesienia danych w formacie csv (np. dotyczących kodów wyizolowanych próbek) do oprogramowania termocyklera LightCycler. 3) Możliwość połączenia z LIMS.	
12.	SZKOLENIE	1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach ceny oferty przeszkolił minimum 6 pracowników podczas minimum 5 godzin zegarowych z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia, przygotowania odczynników i materiałów jednorazowych, wykonania pełnej procedury izolacji próbek rzeczywistych zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.	
13.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1) Zamawiający wymaga aby wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy stół stanowiący stanowisko dla urządzenia dedykowany temu sprzętowi (odpowiednia powierzchnia, udźwig,	

		fabrycznie nowy).	
14.	POZOSTAŁE WYMAGANIA I DOKUMENTACJA	<p>1) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt.</p> <p>2) Wymagana gwarancja minimum 24 m-ce.</p> <p>3) Certyfikat CE-IVD - zgodność z dyrektywą 98/79/EC.</p> <p>4) Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa dołączony do oferty.</p> <p>5) Urządzenie posiadające wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełniające wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.</p> <p>6) Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.</p> <p>7) Paszport techniczny urządzenia.</p> <p>8) Protokół z instalacji i sprawdzenia poprawności działania urządzenia.</p> <p>9) Dokument określający numer serii i datę produkcji urządzenia.</p> <p>10) Całość dokumentacji w języku polskim.</p>	

.....
miejsowość, data

.....
*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

.....
(pieczęć firmowa)

.....
miejsowość i data)

Nazwa Wykonawcy:

adres:

.....
reprezentowany przez :
.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – **Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem** dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (**Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2020**) oświadczam / -my co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/-my, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

INFORMACJA W ZAWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam/-my, że w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam/-y na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

....., w następującym zakresie:
.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
miejsowość, data

.....
*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć firmowa)

.....
miejsowość i data)

Nazwa Wykonawcy:

adres:

.....
reprezentowany przez :

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,**
składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – **Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2020)**, oświadczam / -my co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam/-my, że na dzień składania ofert nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Oświadczam/-my, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam/-my, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuje/-my się w niniejszym postępowaniu tj.:

.....
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG)

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/my, że następujący/-ce podmiot/-y, będący/-e podwykonawcą/-ami:

..... (podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG) nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
miejsowość, data

.....
*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych*

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

.....
(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ¹

Oświadczam, że*:

* zaznaczyć odpowiednio

- nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu **Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.4.2020** na dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego – **Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach**, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach - nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

- należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu **Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.4.2020**, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**

1. Nazwa podmiotu.....

2. Nazwa podmiotu.....

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

**Art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

1 Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem.

L.P.	PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	
1.	OPIS URZĄDZENIA	<p>1) Aparat nastołowy z oddzielną jednostką sterującą.</p> <p>2) Urządzenie fabrycznie nowe.</p> <p>3) Wymiary nieprzekraczające: szerokość 136 cm, głębokość 81,5 cm, wysokość 100 cm.</p> <p>4) Waga aparatu nieprzekraczająca 235 kg.</p> <p>5) System zamknięty – wykonywanie izolacji materiału genetycznego za pomocą dedykowanych odczynników.</p>
2.	KONSTRUKCJA URZĄDZENIA	<p>1) Dwa ramiona mechaniczne mogące poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z) posiadające: - głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej.</p> <p>Głowica posiadająca czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych,</p> <p>- głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 - dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do izolacji oraz izolację materiału biologicznego w maksymalnie 96 próbkach jednocześnie.</p> <p>2) dwie lampy UV do dekontaminacji powierzchni roboczej.</p> <p>3) osobny pojemnik na zużyte końcówki.</p> <p>4) osobny pojemnik na odpadki płynne (wewnętrzny oraz zewnętrzny).</p> <p>5) czytnik kodów kreskowych (połączenie przez USB).</p> <p>6) moduł automatycznego mieszania kulek magnetycznych na pokładzie aparatu.</p> <p>7) jeden rodzaj końcówek pipetujących (objętość 1 000µl) używanych na pokładzie aparatu, niezależnie od aplikacji.</p>

3.	FUNKCJE URZĄDZENIA	<p>1) Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów wyjściowych (krew pełna, surowica, homogenat tkanki) w trakcie jednej reakcji.</p> <p>2) Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 96 próbek (o objętości w zakresie 50 -500 µl) w czasie do ok. 60 minut (czas dla próbki o objętości wyjściowej 200 µl).</p> <p>3) Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 48 próbek (objętość próbki 1 000 µl).</p> <p>4) Możliwość jednoczesnego wstawienia na pokład aparatu 96 próbek do izolacji; całkowity czas izolacji niezależny od ilości próbek wstawionych na pokład w momencie startu urządzenia (w zakresie 1-96).</p> <p>5) Automatyczne mieszanie kulek magnetycznych na pokładzie aparatu (element wyposażenia urządzenia).</p>
4.	ZAKRES OBJĘTOŚCI	<p>1) Badana próbka: 50-1000 µl. 2) Eluat: 50-200 µl.</p>
5.	ZASTOSOWANIE	<p>1) Automatyczna izolacja DNA z następujących rodzajów próbek: pełna krew, surowica, osocze, tkanka (świeża lub mrożona), homogenat, tkanka FFPE, komórki z hodowli; komórki bakteryjne, grzyby, wirusy z różnego rodzaju materiałów (mocz, wymazówki, ślina, CSF, BAL, kał).</p> <p>2) Automatyczna izolacja RNA z komórek z hodowli, pełnej krwi, tkanek (homogenat), skrawków FFPE.</p> <p>3) Automatyczna izolacji DNA, całkowitych kwasów nukleinowych, wirusowych kwasów nukleinowych, całkowitego RNA, pozakomórkowych kwasów nukleinowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych.</p>
6.	ODCZYNNIKI I MATERIAŁY JEDNORAZOWE	<p>1) Zoptymalizowany system odczynników – zestawy odczynnikowe gotowe do użycia oraz zestawy końcówek i jednorazowych pojemników plastikowych do rozpipetowania buforów producenta aparatu (system zamknięty).</p> <p>2) Zestaw odczynników w kartridżu do przechowywania przed otwarciem w temperaturze +15 to +25°C .</p> <p>3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczył zestaw startowy odczynników wraz z niezbędnymi materiałami jednorazowymi i pomocniczymi na minimum 1700 oznaczeń umożliwiającą przeprowadzenie instalacji urządzenia, sprawdzenie prawidłowości jego działania oraz szkolenia pracowników Zamawiającego na próbkach rzeczywistych oraz walidacji metody.</p>
7.	ELEMENTY KONTROLNE	<p>1) Możliwość samoczynnego dodania przez urządzenie materiału kontroli wewnętrznej do każdej próbki w przebiegu procesu izolacji.</p> <p>3) Kontrola poziomu cieczy dla próbki i odczynników.</p> <p>4) Kontrola ciśnienia monitorująca poprawność pipetowania podczas całego procesu izolacji i oczyszczania.</p>
8.	CZAS PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA DO PRACY	<p>1) Czas przygotowania urządzenia do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – maksymalnie 10 minut.</p>
9.	STEROWANIE	<p>1) Zewnętrzny komputer stacjonarny (stacja robocza) typu PC sterujący pracą aparatu o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) procesor klasy x86 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 15000 punktów Passmark CPUMark (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm). b) pamięć operacyjna minimum 16GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB. c) obudowa, zasilacz i płyta główna kompatybilna z oferowaną obudową, pamięcią, procesorem i dyskami. d) dyski twarde: 2 dyski twarde - podstawowy dysk SSD min 500GB, jako drugi dopuszcza się dysk HDD. e) karta graficzna zintegrowana w procesorze lub montowana w płytę główną. f) zintegrowana karta dźwiękowa

		<p>g) dwie karty sieciowe 10/100/1000 Ethernet RJ 45</p> <p>h) napęd DVD-ROM</p> <p>2) Monitor: ekran ciekłokrystaliczny, minimalne parametry: obszar aktywny 24", jasność 250 cd/m2, kontrast 3000:1, czas reakcji plamki max 4 ms, powłoka ekranu matowa, podświetlenie LED, złącza do podłączenia z komputerem kompatybilne z zamawianą jednostką, głośniki wbudowane w monitor. Dopuszcza się głośniki zewnętrzne.</p> <p>3) Klawiatura z polskimi znakami językowymi, typ QWERTY.</p> <p>4) Myszka optyczna np.: LOGITECH M185.</p> <p>5) Dołączony nośnik ze sterownikami.</p> <p>6) Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL,</p> <p>7) Zainstalowany i aktywowany pakiet Microsoft Office Home & Business 2013 lub wyższy</p> <p>8) Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie procesu izolacji wraz z protokołami do izolacji.</p> <p>9) Zasilanie awaryjne pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w czasie nie krótszymi niż 30 minut.</p> <p>10) Stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka, zasilane awaryjne fabrycznie nowe.</p>
10.	OPROGRAMOWANIE APARATU	<p>1) Urządzenie posiadające oprogramowanie niezbędne do zaprojektowania i przeprowadzenia reakcji izolacji dostarczone na stacji roboczej.</p> <p>2) Urządzenie posiadające programowanie z trybem audytowym zapewniające nadzór nad próbką i materiałami zużywalnymi.</p> <p>3) Urządzenie posiadające oprogramowanie monitorujące czynności konserwacyjne oraz związane z dezynfekcją i utrzymaniem prawidłowej pracy urządzenia.</p>
11.	EKSPORT DANYCH	<p>1) Możliwość eksportu danych w formacie *.xml.</p> <p>2) Oprogramowanie aparatu kompatybilne z oprogramowaniem termocklera Light Cycler poprzez możliwość przeniesienia danych w formacie csv (np. dotyczących kodów wyizolowanych próbek) do oprogramowania termocyklera LightCycler.</p> <p>3) Możliwość połączenia z LIMS.</p>
12.	SZKOLENIE	<p>1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach ceny oferty przeszkolił minimum 6 pracowników podczas minimum 5 godzin zegarowych z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia, przygotowania odczynników i materiałów jednorazowych, wykonania pełnej procedury izolacji próbek rzeczywistych zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.</p>
13.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	<p>1) Zamawiający wymaga aby wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy stół stanowiący stanowisko dla urządzenia dedykowany temu sprzętowi (odpowiednia powierzchnia, udźwig, fabrycznie nowy).</p>
14.	POZOSTAŁE WYMAGANIA I DOKUMENTACJA	<p>1) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt.</p> <p>2) Wymagana gwarancja minimum 24 m-ce.</p> <p>3) Certyfikat CE-IVD - zgodność z dyrektywą 98/79/EC.</p> <p>4) Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa dołączony do oferty.</p> <p>5) Urządzenie posiadające wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełniające wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.</p> <p>6) Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.</p> <p>7) Paszport techniczny urządzenia.</p> <p>8) Protokół z instalacji i sprawdzenia poprawności działania urządzenia.</p> <p>9) Dokument określający numer serii i datę produkcji urządzenia.</p> <p>10) Całość dokumentacji w języku polskim.</p>

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

reprezentowanym przez :

1. lek. wet. Konrada Kuczerę – Z-cę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,

2. mgr Beatę Kowalewską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą:

.....
NIP; REGON

działającą na podstawie wpisu

do:

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego – **Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem** dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, oznaczenie sprawy **WIW.AG.ZP.272.4.2020**

§2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzedaje i dostarczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ofertą przetargową.

2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Łączna wartość zamówienia objęta niniejszą umową wynosi:

netto:

słownie:

brutto :

słownie:

4. Należność przekazywana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy podane na fakturze lub na inny numer konta Wykonawcy znajdujący się w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów (tzw. biała lista). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach informuje, że wszelakich płatności za dostawy, usługi i roboty budowlane dokonuje za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.
5. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.

§ 3.

1. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia- nie później niż do 30 listopada 2020r.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Brynowska 25a
40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27 - nie później niż do godziny 14:00

3. Ustalona w § 2 ust. 3 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania towaru podczas transportu.
5. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:
 - a) Faktura Vat
 - b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
 - c) Karta gwarancyjna
 - d) Instrukcja obsługi w języku polskim

W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§ 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.
2. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na urządzenie laboratoryjne, liczonej od daty sporządzenia pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciążą Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami materiałowymi.
4. O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
5. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 5.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.
 - b) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto.
2. W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
4. Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 7.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - b) ze strony Wykonawcy:

§ 8.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA