

WIW.AG.ZP.272.6.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.6.2020 na: **dostawę wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca o czystości 95,45% (wg SIWZ wymagane minimum 98%)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca o czystości 95,45%.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci „Brilliant green-D5 hydrogen sulfate hydrate”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w postaci „Brilliant green-D5 hydrogen sulfate hydrate”.

Pytanie 3 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w **§4 pkt. 6:**

„W przypadku, gdy dostarczony towar nie spełnia wymogów określonych u ust.1 ust.2 ust.3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanych odczynników na wolne od wad w **terminie 3 dni** od daty przesłania informacji przez Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Z racji tego, że część mieszanin przygotowywana jest na zamówienie, część zamawiana jest z poza UE i nie wszystkie pozostałe materiały są dostępne na stałe w naszym magazynie, dostawa wzorca reklamowanego w terminie 3 dni od zgłoszenia jest niemożliwa do utrzymania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu do 5 tygodni (35 dni kalendarzowych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.