

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych oraz akcesoriów laboratoryjnych.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Dotyczy Pakietu nr 23

Pytanie 1

Zgodnie z naszą wiedzą folie przeznaczone do uszczelniania płytek ELISA „pracują” w zakresie temp. -40°C to +120°C. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie folii o takich parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie folii o takich parametrach.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktu w opakowaniach jednostkowych po 100 szt. folii tj. zaoferowania łącznie 24 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktu w opakowaniach jednostkowych po 100 szt. folii tj. zaoferowania łącznie 24 opakowań.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgadza się na dołączenie do oferty próbki folii niesterylnej? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. Wynika to z faktu, że producent nie oferuje próbek produktu w wersji sterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dołączenie do oferty próbki folii niesterylnej pod warunkiem, iż zachowuje ona wszystkie pozostałe, specyfikowane parametry. Jednocześnie Zamawiający oczekuje w ramach realizacji przetargu dostarczenia produktu zgodnie z opisem przedstawionym w specyfikacji tj. folii sterylnej.